



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: Licitação
Nº Proc: 5285
Pág: 07
Ass: [assinatura]
Mat nº: 99732

TERMO DE REFERÊNCIA

1. **OBJETO:** Abertura de processo licitatório para aquisição de equipamentos e materiais permanente para estruturação do prédio onde irá funcionar a Policlínica .
2. **JUSTIFICATIVA:** A aquisição dos bens em tela objetiva e estruturação do prédio onde irá funcionar a Policlínica, contribuindo desta forma para a melhoria, no diagnóstico preciso e seguro, na qualidade e efetividade dos serviços prestados a população. Devido ao crescimento da demanda por serviços na área da saúde, tal aquisição se faz necessária, em virtude dos equipamentos ora pleiteados, serem devidamente utilizados para a substituição dos existentes por estarem depreciados pelo longo período de sua utilização e/ou inexistirem nos locais assistidos. Esta solicitação irá oportunizar aos servidores melhores condições de trabalho e atendimento á população através de uma reestruturação e melhoria dos equipamentos utilizados nos atendimentos realizados nas Unidades de Saúde, garantindo assim mais conforto e segurança à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS
3. **FORMA E LOCAL DE ENTREGA:** Os equipamentos deverão ser entregue nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde de Macaíba, localizada na Rua Monica Nobrega Dantas, Centro, Macaíba/RN, de acordo o pedido previamente solicitado, em conformidade com os quantitativos da solicitação.
4. **ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:** Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações e observações constantes do **ANEXO I** deste Termo de Referência.
5. **FORMA DE FORNECIMENTO, PREÇOS E PAGAMENTO:**
 - 5.1 – Os equipamentos adquirido, deverá ser entregue no local acima citado (item 3 deste Termo de Referência), no horário de 08h às 17h, de segunda a sexta-feira, em um prazo máximo de até 3 (dias) dias úteis a contar do recebimento da Solicitação de Despesa.
 - 5.2 – Os equipamentos deverá quando no ato da entrega estar em perfeitas condições para o uso, ter garantia de no mínimo de 12(doze) meses ou de acordo com o termo de Garantia Legal (Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990).
 - 5.3 – Os valores são de mercado, conforme pesquisa mercadológica;

[assinatura]



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



5.4 – A aquisição dos equipamentos, será realizada por Ordem de Compra;

5.5 – O pagamento deverá ser realizado conforme preconiza a Lei 8.666/93 em seu artigo 40, inciso **XIV**, alínea "a".

6. OUTRAS PRESCRIÇÕES

Além das especificações mencionadas, deverão ser observadas as prescrições a seguir, todas condicionantes da aceitação da proposta e da execução dos serviços licitado:

6.1 - Os produtos deverão ser executados em acordo com as especificações constantes do presente Termo de Referência e anexo .

6.2 – Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os produtos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, seguros, bem como transporte e instalação da mesma, finalizadas mediante aprovação do contratante.

6.3 -- O prazo para entrega dos produtos será de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de compra.

6.4 – As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando acompanhadas do relatório de execução dos serviços, devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - São obrigações da Contratante:

7.2 - Receber o produto/material no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.3 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

7.4 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



9. DA SUBCONTRATAÇÃO: Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.1 - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3 - O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

11. DA GARANTIA

11.1 Os bens permanentes deverão possuir garantia mínima de 12 meses, sendo que, durante este período, constatado defeito, a contratada se obriga a substituir o produto no prazo de 15 dias de sua notificação sem ônus adicional para a contratante.

11.2 O prazo garantia será contado a partir do recebimento do produto.

12. DAS SANÇÕES: Para a inexecução total ou Parcial do objeto deste Termo a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa, observando a gravidade das faltas cometidas, as sanções previstas na Lei de Licitações nº 8.666/93 e Lei 10520/2002.

ELABORADO POR:

Jefferson Florencio dos Santos
Jefferson Florencio dos Santos

Mat: 0099732
UPA Macaíba

APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

Em: 01 de Setembro de 2021

Roberta
Roberta Guilhermina Cordeiro da Silva
Secretária de Saúde de Macaíba

Janiere O. P. Ferreira

Janiere Oliveira P. Ferreira
CPF: 012.856.384-25
Coord. de Atenção Especializada
em Saúde
SMS - Macaíba - RN



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: Licitação
Nº Proc: 5285
Pág: 14
Ass: Porto
Mat nº: 99732

ANEXO I

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
|------|---|------------|
| 01 | AR CONDICIONADO – AR - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI WALL, INVERTER, 18.000 BTUS - CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO SPLIT, HI WALL, INVERTER, COM CAPACIDADE: 18.000 BTUS, OPERACAO: FRIO, VAZAO DE AR DE NO MINIMO 600 M3/H, COM FILTRO DO TIPO REMOVIVEL, LAVAVEL, VOLTAGEM: 220 VOLTS, 60 HZ, FASE NICA, COM CONSUMO APROXIMADO DE 1060 W, COM SELO PROCEL, CLASSIFICACAO ENERGETICA A, FUNCOES: SWING, TIMER, SLEEP, COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA E UMA EVAPORADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R-410A, GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E PLASTICO ABS, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MANUAL DE INSTRUcoes E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, CONFORME ABNT NBR 16401. | 02 |
| 02 | AR CONDICIONADO – AR - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI WALL, INVERTER, 21.000 BTUS - CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO SPLIT, HI WALL, INVERTER, COM CAPACIDADE: 21.000 BTUS, OPERACAO: FRIO, VAZAO DE AR DE NO MINIMO 600 M3/H, COM FILTRO DO TIPO REMOVIVEL, LAVAVEL, VOLTAGEM: 220 VOLTS, 60 HZ, FASE NICA, COM CONSUMO APROXIMADO DE 1060 W, COM SELO PROCEL, CLASSIFICACAO ENERGETICA A, FUNCOES: SWING, TIMER, SLEEP, COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA E UMA EVAPORADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R-410A, GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E PLASTICO ABS, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MANUAL DE INSTRUcoes E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, CONFORME ABNT NBR 16401 | 01 |
| 03 | AR CONDICIONADO - AR - CONDICIONADOR DE AR SPLIT, HI WALL, INVERTER, 12.000 BTUS - CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO SPLIT, HI WALL, INVERTER, COM CAPACIDADE: 12.000 BTUS, OPERACAO: FRIO, VAZAO DE AR DE NO MINIMO 600 M3/H, COM FILTRO DO TIPO REMOVIVEL, LAVAVEL, VOLTAGEM: 220 VOLTS, 60 HZ, FASE NICA, COM CONSUMO APROXIMADO DE 1060 W, COM SELO PROCEL, CLASSIFICACAO ENERGETICA A, FUNCOES: SWING, TIMER, SLEEP, COM BAIXO NIVEL DE RUÍDO, EQUIPAMENTO COMPOSTO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA E UMA EVAPORADORA, COM UTILIZACAO DO GAS R-410A, GABINETE CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO E PLASTICO ABS, FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MANUAL DE INSTRUcoes E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, CONFORME ABNT NBR 16401. | 06 |
| 04 | ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO; DIMENSÕES: ALTURA DE 165 CM X LARGURA DE 70 CM; PRATELEIRAS: 04; CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 KG | 18 |
| 05 | ARMÁRIO VITRINE - NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO: POSSUI. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 66 CM, LARGURA: 40CM, ALTURA:165 CM. | 03 |
| 06 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTOR: 1/30 HP, VOLTAGEM: 127 E 220 VOLTS (60 HZ) AUTOM.; ROLAMENTOS: 3 SELADOS FRASCO COLETOR: CAPACIDADE 5 LITROS VÁCUO MÁXIMO: 22 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG) , VÁLVULA DE SEGURANÇA: CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO ACESSÓRIOS: 01 TAMPAS DE BORRACHA C/ VÁLVULA DE SEGURANÇA ACOPLADA, 01 FRASCO COLETOR, 01 MANGUEIRAS DE SILICONE COM 1,6 METROS DE COMPRIMENTO, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 FOLHETO SAN(SERVIÇO AUTORIZADO NEVONI) , 01 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO | 01 |
| 07 | BALDE DE PEDAL - MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO INOX; CAPACIDADE: DE 40L. | 20 |
| 08 | BEBEDOURO - BEBEDOURO DE COLUNA: RESERVATÓRIO ÁGUA GELADA 1,8 LITROS, SUPORTA GALÕES DE ATÉ GARRAFÃO 20 LITROS. TORNEIRAS INDIVIDUAIS: NATURAL E GELADA. BANDEJA DE ÁGUA REMOVÍVEL, DIMENSÕES DO PRODUTO; LARGURA 32,5 CM, ALTURA 100,5 CM, PROFUNDIDADE 31,5 CM. 01 ANO DE GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO | 03 |
| 09 | CADEIRA PARA COLETA - COMPRIMENTO ABERTA (CM): 175; ALTURA ATÉ O ASSENTO (CM): 55; COMPRIMENTO DO ASSENTO (CM): 45; LARGURA ÚTIL DO ASSENTO (CM): 54; SUPORTE (KG): 150; REVESTIMENTO DO ESTOFADO ; COURVIN; MATERIAL DA ESTRUTURA ; AÇO POSIÇÕES : SENTADO, LEITURA E DESCANSO: DENSIDADE DA ESPUMA D23. | 04 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: Licitação
Nº Proc: 5285
Pág: 12
Ass: *[assinatura]*
Mat nº: 99732

| | | |
|----|--|----|
| 10 | CADEIRAS - ENCOSTO REGULÁVEL NA ALTURA. APOIO LOMBAR INTEGRADO, PROPORCIONANDO ÓTIMO CONFORTO E ERGONOMIA. ASSENTO: ASSENTO ESTOFADO E ANATÔMICO, ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA (45 A 55 KGF/M3); APOIO DE BRAÇOS: APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS EM ALTURA COM DIMENSÕES QUE ATENDEM ÀS NORMAS NACIONAIS NBR DA ABNT. MECANISMO PRÁTICO, PERMITE AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, RODINHAS COM 50 MM DE DIÂMETRO INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE PISO. | 14 |
| 11 | CADEIRAS : FIXA COM ESTOFADO, POSSUI ESPUMA INJETADA 34 MM DE ALTA QUALIDADE COM ENCOSTO ANATÔMICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP 80 CM X 59 CM X 57 CM COMPOSIÇÃO: AÇO | 28 |
| 12 | CARRO DE CURATIVOS - ARMAÇÃO TUBULAR TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPÓXI: PÉS COM RODÍZIOS DE 3", VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX, BALDE DE 5 LITROS EM INOX, BACIA DE 3 LITROS EM INOX, COMPRIMENTO: 1,13CM, LARGURA: 0,48 CM , ALTURA: 0,85 CM, PESO: 12 KG | 01 |
| 13 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - 5 LITROS EM ALUMÍNIO; CAPACIDADE: 0,68M ³ (METRO CÚBICO), SEM CARGA, MEDIDAS APROXIMADAS DO CILINDRO: 74CM (A) X 11CM (L) X 11CM (C), PESO APROXIMADO: 4,000 KG - 01 REGULADOR DE PRESSÃO 0-4 L/MIN PARA OXIGÊNIO MEDICINAL TIPO CLICK - GRADUAÇÃO: 0 – 1/32 – 1/16 – 1/8 – 1/4 – 1/2 – 3/4 – 1 – 1.1/2 – 2 – 3 – 4 - CONEXÃO DE ENTRADA ABNT 218-1 - CONEXÃO DE SAÍDA DISS MEDIDAS APROXIMADAS DO REGULADOR: 8CM (A) X 18CM (L) X 6CM (C) PESO APROXIMADO: 0,700KG FLUXÔMETRO 0-15 LPM MACHO OXIGÊNIO INFORMAÇÕES DO PRODUTO: CORPO EM LATÃO CROMADO; BILHAS EM POLICARBONATO COM ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL; BORBOLETA EM NYLON COM ROSCA METÁLICA; NIPLE DE SAÍDA EM LATÃO CROMADO. | 03 |
| 14 | DISPENSER ÁLCOOL GEL - CAPACIDADE EM VOLUME: 400 ML MATERIAL: PLÁSTICO TIPO DE INSTALAÇÃO: DE PAREDE , ALTURA X LARGURA: 19 CM X 8.5 CM | 30 |
| 15 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA - SAÍDA DO PAPEL: FOLHA POR FOLHA MATERIAL: PLÁSTICO TIPO DE INSTALAÇÃO: PAREDE ALTURA X LARGURA: 27 CM x 29 CM | 22 |
| 16 | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO - CAPACIDADE EM VOLUME: 400 ML MATERIAL: PLÁSTICO TIPO DE INSTALAÇÃO: DE PAREDE ALTURA X LARGURA: 19 CM X 8.5 CM | 22 |
| 17 | ELETROCARDIOGRAFO - CANAIS: 12, OPER. DIRETA CONSOLE: POSSUI, COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR: VIA CABO USB, IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO: POSSUI EM FORMATO A4, CABO PARA PACIENTE DE 10 VIAS, 04 ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLIP, 06 ELETRODOS PRECORDIAIS, CABO DE ALIMENTAÇÃO. | 01 |
| 18 | ESCADA COM 02 DEGRAUS - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO EM FERRO PINTADO | 06 |
| 19 | FOGÃO 04 BOCAS – TAMPA DE VIDRO, TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMÁTICO,. TIPO DE FORNO: SIMPLES, CAPACIDADE DO FORNO: 56L, RECURSOS DO FORNO: AUTOLIMPANTE, PRATELEIRAS: FIXA, TIPO DE PORTA DO FORNO: BALANCEADA – FRIA, TIPO DE VIDRO DO FORNO: DUPLO, SEGURANÇA: VÁLVULA DE SEGURANÇA, PROTEÇÃO TÉRMICA: PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA, PÉS: SIM - ALTOS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A, VOLTAGEM: BIVOLT, MATERIAL: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR: BRANCO, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL: SIM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 19,7KG, LARGURA: 50,7CM, ALTURA: 86,3CM, PROFUNDIDADE: 59,8CM. GARANTIA DE 12 MESES | 01 |
| 20 | GELADEIRA – FROST-FREE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE BRUTA: ENTRE 260 A 299 LITROS; INTERIOR EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, DOTADO DE PRATELEIRAS E GAVETAS - 01 PORTA, VOLTAGEM: 220 VOLTZ, GARANTIA DE 12 MESES. | 01 |
| 21 | LONGARINA - MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO - NÚMERO DE ASSENTOS: 3 LUGARES - DIMENSÕES DO ENCOSTO: 32CM X 36CM (A X L); DIMENSÕES DO ASSENTO: 46CM X 40CM (L X P) PESO SUPORTADO: 120 KG POR LUGAR | 20 |
| 22 | MACA - DADOS TÉCNICOS: MODELO: MACA FIXA MATERIAL: AÇO CAPACIDADE SUPORTADA ATÉ: 180 KG DIMENSÕES: 190 CM X 65 CM X 80/20 CM (C X L X A MAX./MIN.) PESO: 19 KG; COLCHONETE D33 SOLTEIRO IMPERMEÁVEL HOSPITALAR COURVIN, GARANTIA: 12 MESES. | 07 |
| 23 | MESA - MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TAMPO EM GRANITO, ASSENTO EM LP | 01 |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Setor: Licitação
Nº Proc: 5285
Pág: 13
Ass: Arquiteto
Mat nº: 99732

| | | |
|----|---|----|
| | REVESTIDO COM ESPUMA D13 E COURVIN, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, DESCRIÇÃO DO TAMANHO: MESA: ALTURA: 77 CM, LARGURA: 70 CM, PROFUNDIDADE: 70 CM CADEIRA: ALTURA: 89 CM, LARGURA: 35 CM, PROFUNDIDADE: 42 CM – 04 CADEIRAS. | |
| 24 | MESA PARA ESCRITÓRIO / BIRÔ - MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR GAVETAS: 02 GAVETAS - ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 74 CM X 60 CM X 1.2 CM | 14 |
| 25 | MICROONDAS - 30 LITROS. PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO COM CONTROLE NUMÉRICO DE FÁCIL MANUSEIO. FUNÇÃO DESCONGELAMENTO PRATO, COR: BRANCO, GARANTIA DE 12 MESES | 01 |
| 26 | OXÍMETRO DE PULSO - PORTÁTIL (DE MÃO) - FAIXA DE MEDIÇÃO DE OXIGÊNIO DE 35% - 100%; TELA LCD 2,5" COM DISPLAY DE LED; FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 - 250BPM; ACOMPANHA: 01 SENSOR ADULTO; 04 PILHAS ALCALINAS AA; 01 BOLSA DE TRANSPORTE; SOFTWARE; CABO USB; MANUAL DE INSTRUÇÕES. | 01 |
| 27 | POLTRONA PARA REPOUSO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO REVESTIMENTO: ESTOFADO REGULAGEM DA CABECEIRA: POSSUI – CAPACIDADE 150KG DIMENSÕES : 75,0 X 55,0 X 160,0 CM (A,L,C). | 03 |
| 28 | TV SMART - TELA: TV BACKLIGHT D-LED 42"; RESOLUÇÃO: FULL HD 1920 X 1080; ÂNGULO DE VISÃO: 178°H X 178°V; BRILHO: 256 CD/M ² IMAGEM: EQUALIZADORES DE IMAGEM PREDEFINIDOS; AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR AUDIO: DOLBY AUDIO, POTÊNCIA DO ALTO-FALANTE: 10WRMS X 2; NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME, EQUALIZADORES DE SOM CONEXÃO: WIFI INTEGRADO; ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO RCA; 2 ENTRADAS HDMI 2.0 E 1 ENTRADA HDMI 2.0 ARC ² , TOTAL DE 3 ENTRADAS; ENTRADA RF PARA TV DIGITAL E ANALÓGICA E TV À CABO; 2 ENTRADAS USB 2.0: REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; 1 ENTRADA P2: PARA AMPLIFICADORES E PERIFÉRICOS DE ÁUDIO; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO BIVOLT | 01 |
| 29 | TV SMART - TELA: TV BACKLIGHT D-LED 50"; RESOLUÇÃO: FULL HD 1920 X 1080; ÂNGULO DE VISÃO: 178°H X 178°V; BRILHO: 256 CD/M ² IMAGEM: EQUALIZADORES DE IMAGEM PREDEFINIDOS; AJUSTES DE TEMPERATURA DE COR AUDIO: DOLBY AUDIO, POTÊNCIA DO ALTO-FALANTE: 10WRMS X 2; NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUME, EQUALIZADORES DE SOM CONEXÃO: WIFI INTEGRADO; ENTRADA DE VÍDEO E ÁUDIO ESTÉREO RCA; 2 ENTRADAS HDMI 2.0 E 1 ENTRADA HDMI 2.0 ARC ² , TOTAL DE 3 ENTRADAS; ENTRADA RF PARA TV DIGITAL E ANALÓGICA E TV À CABO; 2 ENTRADAS USB 2.0: REPRODUZ FILMES, MÚSICAS E FOTOS; 1 ENTRADA P2: PARA AMPLIFICADORES E PERIFÉRICOS DE ÁUDIO; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO BIVOLT | 02 |
| 30 | AUTOCLAVE - AUTOCLAVE DIGITAL, 127/220V, SILENCIOSA. CÂMERA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA. CAPACIDADE TOTAL - 30 LITROS, DIÂMETRO DA CÂMARA - 340 MM, COMPRIMENTO DA CÂMARA - 400 MM, ALTURA EXTERNA - 380 MM, COMPRIMENTO EXTERNO - 530 MM, LARGURA EXTERNA - 440 MM, PESO - 36 KG, FREQUÊNCIA - 50/60 HZ, TEMPERATURA - 121° C, PRESSÃO DE TRABALHO - DE 1 A 3 KGF/CM ² , POTÊNCIA (PODENDO SER ALTERADA COM AVISO PRÉVIO, CONFORME SOLICITAÇÃO) - 1500 W, MEDIDAS DA EMBALAGEM - 520 X 700 X 490 MM, PESO COM EMBALAGEM - 40 KG. | 01 |
| 31 | SELADORA - COM TEMPORIZADOR, PAPEL GRAU CIRÚRGICO 40 CM, 220 VOLTZ, POTÊNCIA: 250W, FREQUÊNCIA: 60HZ, COMPRIMENTO DA BARRA: 400MM, DIMENSÕES: 400 X 250 X 70 MM. | 01 |